



Ref. Certif. No.

DE 3 - 30196

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Laboratory Equipment

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

smart optics Sensortechnik GmbH
Lise-Meitner-Allee 10
44801 Bochum, GERMANY

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

smart optics Sensortechnik GmbH
Lise-Meitner-Allee 10, 44801 Bochum, GERMANY

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

smart optics Sensortechnik GmbH
Lise-Meitner-Allee 10, 44801 Bochum, GERMANY

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated voltage: 100 – 240 V
Rated power consumption: 60 W
Rated frequency: 60 / 50 Hz
Protection class: I

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Amann Girrbach

Model/type Ref.
Ref. de type

Ceramill MAP 200

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 61010-1(ed.3)

as shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue une partie de ce certificat

028-713077521-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date, 2016-03-15
CB 16 03 82881 006

Ralph Fischer



TÜV SÜD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München

Product Service