CERAMILL MOTION 2

Prüfprotokoll | Test log | Protocole de contrôle | Protocollo di verifica | Protocolo de control

Kühlschmierstoff (KSS) Coolant lubricant | Lubrifiant de refroidissement Lubrificante di raffreddamento | Lubricante refrigerante (LR)	Füllvolumen gesamt Total fill volume | Volume de remplissage total Volume di riempimento totale | Volumen total de rellenado	SOLL-Konzentration Target concentration | Concentration prescrite Concentrazione necessaria | Concentración prescrita
Ceramill Coolant	**21 Liter** Litres | Litri | Litros	**5%**

Prüfwoche (KW) Test week | Semaine de contrôle | Settimana di verifica Semana de control	pH-Wert (8,4 - 9,4) pH value | Valeur du pH (8,4 - 9,4) | Valore pH (8,4 - 9,4) Valor pH (8,4 - 9,4)	Konzentration (in %) Concentration (en %) | Concentration (en %) | Concentrazione (in %) Concentración (en %)	Nitritgehalt (max. 20 mg/ltr) Nitrite content | Teneur en nitrites (max. 20 mg/l) | Contenuto nitrito | Contenido en nitrito	Wahrnehmbare Veränderungen Perceptible Changes Modifications notables | Cambiamenti visibili | Alteraciones apreciables

Maschinen-Nr. Machine No. | Machines n° Apparecchio Nr. | Nº de máquina	Zuständig ist: Responsible person | Responsable Responsabile | Persona responsable

AMANNGIRRBACH

Amann Girrbach AG | Fon +49 7231 957-100
Fon International: +43 5523 62333-399
www.amanngirrbach.com